

建佑醫院 健保身分自費特材項目

(更新日期 113年05月15日)

科別	品項碼 (F類)	品項名稱	許可證字號	自費單價	產品特色	應注意事項	副作用	健保給付同類產品 (D類被替代)	與健保給付品項之療效比 較說明
骨科	FBA0612114Z1	高抗力骨水泥		21,000	本產品適用於髖關節、膝關節及其他關節的局部或完全置換手術，在確診或疑似感染Gentamicin敏感性病原時，固定塑料與金屬人工植入物組件。	<ul style="list-style-type: none"> ●需由專業外科醫師使用 ●手術後的康復訓練應嚴格遵照 	完成植入部位的準備處理後，以及敷用骨水泥與植入後不久，髓管壓力升高可能導致血壓暫時降低	FBA011104N6A (ZZBC/839點)	本產品為添加gentamicin sulphate的快速固化朔料，可保護植入物與周邊組織，使其免於滋生gentamicin敏感性病原，本產品之粉末含有不具溶解性的二氧化鈣，可作為X光顯影劑
骨科 神經外科	FBA03SPN0173	"泰克美"脊固骨水泥	衛署醫器輸字第021578號	24,000	氫氧基磷灰石 (Hydroxyapatite) 10%，可先由椎體骨吸收後產生的孔隙使新生骨長入達到穩定椎體效果，硫酸鋇 (Barium Sulfate) 25%高顯影效果容易判別骨泥位置，Spine-Fix "泰克美"脊固骨水泥具有低溫，高顯影高聚合狀的使用安全特性，卻依然呈現優秀的力學性質。	須由專科醫師親自操作使用	關於此產品用於椎體擴增有一種或多種的併發症、栓塞、疼痛或不舒服，由於神經根的影響、損壞、過敏反應或感染，血清腫、血腫、腫脹等副作用。	FBA0110001H1 (ZZBCDA/839點) (1110701改健保支付 FBA03SPN0173/20,000點)	自費泰克美脊固骨水泥為脊椎專用水泥在施行時比一般健保骨水泥穩定，操作時間長，骨水泥能滲透進入骨小樑填充骨質疏鬆空隙，添加硫酸鋇顯影效果佳可清楚判讀水泥施打部位極具安全性，並有效預防鄰近脊椎節段病變，恢復原已塌陷脊椎體高度，改善病患症狀。
骨科 神經外科	FBA032059164	"賀利氏"歐斯特保脊椎專用骨水泥	衛署醫器輸字第020591號	24,000	1本產品採微創手術，傷口小安全性高。 2.本產品不需破壞人體組織，保留原本之骨骼及肌肉等	術前及術中需使用影像系統監控以防止骨水泥溢出。	手術部位之感染及併發症。	FBA0110001H1 (ZZBCDA/839點) (1110701改健保支付 FBA032059164/20,000點)	產品與健保品不同於溫度釋放.執行時可降低風險

科別	品項碼 (F類)	品項名稱	許可證字號	自費單價	產品特色	應注意事項	副作用	健保給付同類產品 (D類被替代)	與健保給付品項之療效比 較說明
骨科	FBA06VC2522Z	"泰瑞斯"萬古慶大黴素骨水泥	衛部醫器輸字第025957號	22,000	本骨水泥為一種低溫聚合作用之骨水泥且含有慶大黴素和萬古黴素，它可做為含抗生素之空間維持裝置或永久性人工關節植入物。	應確保此包裝的完整性，並且所含成分皆未產生任何變化，例如粉末並未呈現黃色或褐色的變色反應，或是液體並未變成漿狀。溫度對於各類骨水泥的製備特性均具有重大影響，應確保本骨水泥儲存於23度C(正負1度C)的溫度下。	血壓短暫下降、血栓性靜脈炎、出血血腫、表面深部手術傷口感染，骨股粗隆突滑囊炎、短期的心臟傳導不規則。	FBA011200S2Z (ZZBCK/839點)	健保骨水泥用於骨折時；此骨水泥在進行兩階段手術時，作為含抗生素空間維持裝置之暫時性固定用，將重建人工關節永久性固定在病患骨頭上。
骨科	FBA03TM45263	"特科漢"椎體成形術骨水泥	衛署醫器輸字第024065號	24,000	1.在1分鐘攪拌後，即可產生穩定一致的高黏稠度，無需等待，可有效避免骨水泥外露。 2.由於快速產生之高黏稠度，其工作時間在室溫可長達20分鐘，足可用於2-3節段固定，然一旦注入椎體，即可迅速於10分鐘內穩固成形。	禁止使用於以下病患： -活性、可疑性或不完全治療感染。 -凝血功能障礙，嚴重心肺疾病。 -由後路植入引起椎體骨折的危害。 -椎骨飛病理性、急性創傷骨折。 -椎體或椎弓根壁的危害。 -對產品其中成分過敏者。	有可能直接或間接引起併發症:血壓下降，心搏停止、腦栓塞、肺栓塞、心肌梗塞等。	FBA0110001H1 (ZZBCDA/839點) (1110701改健保支付 FBA03TM45263/20,000點)	黏稠度高，骨水泥不易外漏，減少逆流或亂流，工作時間長，可使填充物有效且充足注入椎體。

科別	品項碼 (F類)	品項名稱	許可證字號	自費單價	產品特色	應注意事項	副作用	健保給付同類產品 (D類被替代)	與健保給付品項之療效比較說明
骨科	FBA031031074	"艾普"邦恩斯脊椎專用骨水泥	衛部醫器輸字第028735號	24,000	1.顯影效果好。 2.擴散性佳，能放射狀延伸充滿椎體。	流動性過高，需等待4-5分鐘避免骨水泥流至椎體外。	灌注後，髓管壓力升高，可能導致血壓暫時性降低，在極少數病例中，曾出現肺栓塞和心肌梗塞。	FBA011104N6A (ZZBC/839點) (1110701改健保支付FBA031031074/20,000點)	1.具高度顯影。2.高流動性，易隨骨結構擴散。3.凝固時間較長，給予較多前置時間。
骨科	FBA062034664	"賀利氏"骨水泥含抗生素	衛署醫器輸字第020346號	21,000	含抗生素骨水泥添加水溶性粉體Vancomycin，局部抗生素釋放濃度高，抗生素殺菌範圍廣、殺菌時間長。	本醫療器材只限由醫師操作使用。	因局部使用，暫無其他副作用。	FBA0110001H1 (ZZBCDA/839點)	1.健保目前給付之骨水泥皆未含有抗生素。 2.一般自行添加之抗生素於骨水泥中恐有破壞骨水泥強度之虞。
骨科	FBA03GUTW172	"強翼"脊固骨水泥	衛部醫器製字第006043號	24,000	本產品由粉末及液體成分組成，使用於椎體成形術，亦做為骨頭填充。 骨水泥產品由常溫時聚合性及放射線不透過性的甲基丙烯酸水泥20g的滅菌粉末包裝及8.5g的滅菌安瓶包裝所組成。顯影效果好，擴散性佳，能放射狀延伸充滿椎體。	因起始混合時流動性高，需等待5-7分鐘再進行灌注，避免水泥溢漏。	灌注後，髓管壓力升高，可能導致血壓暫時性降低，在極少數病例中，曾出現肺栓塞和心肌梗塞。	FBA011104N6A (ZZBC/839點)	
高黏度脊椎骨水泥									
科別	品項碼 (F類)	品項名稱	許可證字號	自費單價				健保給付同類產品 (D類被替代)	
	FBA0304066S9	"史賽克"高黏度脊椎骨水泥		70,000				FBA011104N6A (ZZBC/839點)	
	FBA03CX01AM4	"美敦力"愛派克骨水泥		70,000				FBA011104N6A (ZZBC/839點)	
	FBA033319380	"泰格瑞斯"曼帝克高密度骨水泥系統		70,000				FBA011104N6A (ZZBC/839點)	